

## **INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ MILDENT SP. Z O.O. NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO**

sporządzona na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z późn. zm.)

**Dane jednostki:** Mildent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. 3 Maja 63  
41-500 Chorzów  
KRS: 0001219941  
NIP: 6272805270  
REGON: 54382452200000

### **Informacja o prowadzonej działalności**

Mildent Sp. z o.o. wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

1. Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

Aparaty rentgenowskie:

1. X-Mind Unity (De Gotzen)

- numer seryjny: XU10314C
- rok produkcji: 2021
- przeznaczenie: wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych

2. Altis (Owandy)

- numer seryjny: 25100071
- rok produkcji: 2010
- przeznaczenie: wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych

3. X-Mind Trium 3D (De Gotzen)

- numer seryjny: XT03541C
- rok produkcji: 2021
- przeznaczenie:
  - o cyfrowe zdjęcia panoramiczne,
  - o zdjęcia cefalometryczne,
  - o tomografia CBCT.

2. Uruchamianiu i prowadzeniu pracowni rentgenowskiej

Rodzaj pracowni:

- Gabinet stomatologiczny,
- Pracownia RTG.

### **Posiadane zezwolenia**

Jednostka posiada zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz uruchomienie pracowni rentgenowskiej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, których przekształcenie nastąpiło w dniu 10.02.2026 r. a podmiot po przekształceniu kontynuuje działalność w tym samym zakresie, lokalizacji i bez zmian w aparatach RTG, zachowując pełną zgodność z przepisami o ochronie radiologicznej.

- Decyzja nr 202/2022 z dnia 29.04.2022 r. dla aparatu rtg Altis
- Decyzja nr 203/2022 z dnia 29.04.2022 r. decyzja na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg
- Decyzja nr 204/2022 z dnia 29.04.2022 r. decyzja zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg
- Decyzja nr 205/2022 z dnia 29.04.2022 r. dla aparatu X-Mind- Unity
- Decyzja nr 206/2022 z dnia 29.04.2022 r. dla aparatu X-Mind Trium

### **Wpływ działalności na zdrowie ludzi**

Działalność prowadzona przez Mildent Sp. z o.o. związana z wykorzystaniem aparatów rentgenowskich wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony radiologicznej pacjentów, personelu oraz osób z ogółu ludności.

Stosowane urządzenia rentgenowskie podlegają okresowym testom kontroli jakości, oraz nadzorowi w zakresie ochrony radiologicznej, ostatnie testy specjalistyczne aparatów zostały przeprowadzone w dniu 19.12.2025 r. – pomiary dotyczyły m.in. rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

W dniu 05.03.2026 r. przeprowadzono ostatnie pomiary dozymetryczne, na podstawie przeprowadzanych pomiarów oraz obowiązujących procedur ochrony radiologicznej stwierdza się, że działalność prowadzona przez jednostkę nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie pracowników, pacjentów ani osób przebywających w sąsiedztwie pracowni RTG.

Dawki promieniowania otrzymywane przez personel oraz osoby z ogółu ludności pozostają poniżej obowiązujących limitów określonych w przepisach prawa.

#### **Wpływ działalności na środowisko**

W związku z prowadzoną działalnością nie dochodzi do uwalniania do środowiska substancji promieniotwórczych.

Eksploatowane urządzenia rentgenowskie są elektrycznymi źródłami promieniowania jonizującego i nie zawierają materiałów promieniotwórczych powodujących skażenie środowiska.

Prowadzona działalność nie powoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

#### **Informacja o uwolnieniach substancji promieniotwórczych**

W roku objętym niniejszą informacją nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

#### **Wielkość i skład izotopowy uwolnień substancji promieniotwórczych:**

nie dotyczy.

#### **Podsumowanie**

Na podstawie prowadzonego nadzoru w zakresie ochrony radiologicznej i powyższych informacji stwierdza się, że działalność wykonywana przez Mildent Sp. z o.o. w Chorzowie, wcześniej NZOZ MILDENT Paweł Milejski, związana ze stosowaniem aparatów rentgenowskich w diagnostyce stomatologicznej w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
  
Marzena Kletke-Milejska

Kierownik jednostki organizacyjnej